

BAB V

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran dan pengujian alat, terdapat prosentase kesalahan kelembaban sebesar 0,1146% yang ditunjukkan pada tabel 4.5 dan prosentase kesalahan suhu sebesar 0,0186 % pada tabel 4.6, maka dapat diambil kesimpulan bahwa alat skripsi dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku Praktikum “Sistem Instrumentasi Elektronika”, Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 2004.
2. Depkes RI. Buku Bagan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) Indonesia. Kerjasama WHO dan UNICEF. 1997.
3. Eko, Agfianto. Putra, “Belajar Mikrokontroler AT89C51/52/55 Teori dan Aplikasi”, Gaya Media: Yogyakarta, 2002.
4. , pada tanggal 9 September 2005.
5. Klaus M.A., Martin R. J., Fanaroff A. A. (Eds.). The physical environment. In Care of the High Risk Neonate, 5th Ed. Philadelphia, Saunders, 2001.
6. Mami Infant Incubator, Choong Wae Medical.
7. Malvino, Albert Paul, Ph.D., “Prinsip-prinsip Elektronika”, buku satu, Salemba Teknika, 2003.
8. RSUD. Dr. Soetomo. Buku Petunjuk Penggunaan Inkubator Ruangan Neonatologi. 1986.
9. RS. Vincentius A Paulo. Protap Penggunaan Inkubator Ruang Neonatologi Surabaya, 1999.
10. Soemitro, Herman Widodo, “Penguat Operasional dan Rangkaian Terpadu Linear”, Erlangga, Jakarta, 1994.