

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Setelah melakukan kerja praktek PT. KURNIAJAYA MULTISENTOSA pada tanggal 6 Juni 2016 – 11 Juli 2016, maka dapat disimpulkan

1. Mendapatkan pengalaman kerja di PT. KURNIAJAYA MULTISENTOSA yang bergerak pada bidang jual beli dan perbaikan alat instrumentasi.
2. Dengan melakukan penghitungan pada berat molekul benda yang akan dimasukkan kedalam *moisture analyzer*, penentuan kebenaran fungsi alat dapat dengan mudah dilihat.
3. Pengkalibrasian pH meter adalah dengan memberikan 2 titik referensi yaitu cairan dengan pH 4 dan cairan dengan pH 7.
4. Fungsi pemutar pada oven dapat digantikan dengan menggunakan *rotary encoder* dan fungsi on/off pada oven dapat digantikan dengan menggunakan switch on/off.

DAFTAR PUSTAKA

1. Omega. Temperature Technical Reference Handbook . Nn : Nn
2. Åström, Karl Johan. 2002. *Control System Design*. Santa Barbara: University of California
3. www.moodle2.tfe.umu.se/mod/resource/view.php?id=30229